

# ピペットマン点検のご案内

下記日程でギルソン社製ピペットマンのクリニック（エアリーク、不具合等の無料診断）を実施します。  
是非、お手持ちのピペットの品質管理にお役立て下さい。

☆ 開催日：平成23年 9月13日(火)、 14日(水)

☆ 受付：10:00 から 16:00 まで

☆ 場所：医学部1号館3階 共同利用研究施設 中央研究センター

## 点検実施内容

1) お手持ちのピペットマンを指定時間内に開催場所（共利研中央研究センター）へお持ちください。



2) ピペットマンの機能検査（動作チェック）およびエアリーク検査を行います。  
リークの原因がピストンシール、Oリングの不具合のみと診断されたピペットマンについては、  
その場でピストンシール、Oリングを無償で交換します。



3) その他修理が必要と診断されたピペットマンについては、修理箇所を明記した札を添付し、  
ピペットマンご返却時に故障内容をご説明します。



4) 修理が必要と診断されたピペットマンは、別途メーカーによる修理対応をご案内致します。

### (ご注意)

- ・今回の点検における液漏れチェック対象ピペットは、ギルソン社製ピペットマンです。
- ・マイクロマン、ディストリマンについては、動作チェックのみ実施可能です。
- ・今回の点検では、重量法による容量検査は行えません。

メーカーの専門スタッフが同席して点検を実施しますので、ピペット等に関するご質問もお受け致します。

実施にあたりスムーズなピペットの返却を行うため、各研究室でピペットマンをまとめてお持ち頂きますようお願いいたします。ご質問等は共利研担当(山本：内線 2317)までお願い致します。

お願い

お持ちいただくピペットマンは、人体に有害な物質に汚染されていない事をご確認ください。